

Державна установа
„Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони
здоров'я України”

Свідоцтво про технічну компетентність №031/18 чинне до 04 листопада 2023 р.

м. Львів, вул. Круп'ярска, 27, тел. 275-60-61

Протоколи №№ 100-101/08-2/1-2
радіологічного випробування деревини та продукції з деревини
від 11 липня 2023 р.

Замовник: ТОВ «Світ-Кроно», 80400, Львівська область, м. Кам'янка-Бузька, вул. Я. Мудрого, 62.

Об'єкт випробування: 1. Плита деревностружкова шліфувана виготовлена ТОВ «Свісс Кроно», 80400, Львівська обл., м. Кам'янка-Бузька, вул. Я. Мудрого, 62. Виробнича площадка: 77611, Івано-Франківська обл., смт. Брошнів-Осада, вул. Січня, 83

2. Плита деревностружкова з орієнтовною стружкою типу OSB/3 виготовлена ТОВ «Свісс Кроно», 80400, Львівська обл., м. Кам'янка-Бузька, вул. Я. Мудрого, 62.

Мета випробування: визначення вмісту радіонуклідів цезію-137 на відповідність ГН 6.6.1-120-2005 «Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів Cs-137 та Sr-90 у деревині та продукції з деревини», ГН 6.6.1-6.5.001-98 Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97).

Дата одержання зразка(ів): 07.07.2023 р.

Дата проведення випробування: 07 – 10.07.2023 р.

Методи випробування: гамма-спектрометрія

Вимірювальне обладнання: спектрометр енергій бета-, гамма-випромінювання СЕБГ-“АКП-С”-150/150 свідоцтво про калібрування №KIR 01014202823 від 30.05.2023 р.

Характеристика і позначення зразка, що вимірювався: поверхня характерна даному виробу

Радіаційні показники:

Назва випробування	Вимога НД Бк/кг	Фактичне значення Бк/кг	Невизначеність (U, k=2 при P=0,95) Бк/кг	НД на методи випробування
1	2	3	4	5
Плита деревностружкова шліфувана.				
Питома активність Cs-137	740	< 8,0	-	МБВ № 07-119:2011 від 25.02.2011 р.
Плита деревностружкова з орієнтовною стружкою типу OSB/3.				
Питома активність Cs-137	740	< 11,0	-	МБВ № 07-119:2011 від 25.02.2011 р.

Результати випробування стосуються лише зразка, який підлягав вимірюванню.

Невизначеність результатів (U, k=2 при P=0,95): -

Прізвище особи, яка проводила випробування:

Лікар-лаборант Сік Піховкіна С.Є.

Провідний інженер Ан Андейчикова Ж.С.

Висновок: Випробувальні взірці плити деревностружкової шліфуваної та плити деревностружкової з орієнтовною стружкою типу OSB/3 ТОВ «Світ-Кроно» відповідають вимогам державного гігієнічного нормативу ГН 6.6.1-120-2005 «Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів Cs-137 та Sr-90 у деревині та продукції з деревини» та ГН 6.6.1-6.5.001-98 Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97).

В. о завідувача лабораторії фізичних факторів
з функцією Випробувального центру

Роман ОНУФРОВИЧ.